



**T.C**  
**RİZE VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi**  
**Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 968  
Konu : Teklif Vermeye Davet

15.04.2022

İgi Firma: .....

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **18.04.2022 PAZARTESİ saat 09:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAŞ  
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MİNİ PLAK		TV1330	1	ADET		
2	KİLİTLİ VİDA		TV1150	1	ADET		
3	KORTİKAL VİDA		TV1010	1	ADET		
4	4.0/4.3 mm HEADLESS COMPRESSION SCREW		TV2890	1	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022  
Firma Kaşe ve İmza

- **UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.**
- **TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.**
- **BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 18.04.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09 :00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜS YAPILACAKTIR.**
- **TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.**
- **KİSMİ TEKLİFE KAPALIDIR.**
- **SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.**
- **SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.**
- **Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.**
- **ALIMA BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN ÇIKILMIŞTIR. AMELİYAT ESNASINDA KULLANILACAK MALZEME MİKTARINA İSTİNADEN FATURA EDİLECEKTİR.**

### HASTA ADLARI

1- AH\*\*\* TA\*

## Mini Plak Teknik Özellikler

- Plaklar 'ın 1.5mm ,2.0mm , 2.4mm , 2.7mm seçenekleri olmalıdır.
- 1.5mm ve 2.0mm Plaklarda Düz Plak , T-Plak , Y-Plak,Condylar Plak vb. secenekler bulunmalıdır.
- 2.4mm Düz Plak , T-Plak , Y-Plak,Condylar Plak , Rekon plak vb. secenekler bulunmalıdır.
- 2.7mm Plaklarda Düz plak, T-plak , Y-plak,Condylar Plak ,L-plak,X-plak,H-Plak,Eight Plak seçenekleri bulunmalıdır.
- Bütün Plaklar Mikro El ve Ayak cerrahisinde Kullanılmak üzere Tam Anatomik Yapıya Sahip Olmalıdır.
- Bütün Plakların Delik Yapısı Kombine(Combi-Holes ) Olmalıdır.
- Plakların Alt Yüzeyleri Periosteumdaki Baskıyı Azaltmak İçin Düşük Temas Yüzeyine Haiz Olmalıdır.
- Plakların Her Boy İçin Farklı Renk Seçenekleri Olmalıdır.
- Kilitli Kilitli Vidalar Farklı Renklerde Olmalıdır.
- Plaklar Antomik Açındırılabilir yapıda olmalıdır.
- Plaklarla birlikte 1.5mm,2.0mm,2.4mm,2.7mm Kortikal ve Kilitli Vidalar kullanılmalıdır.
- 1.5 mm Kilitli ve Kortikal Vidalar Yıldız Başlı yapıya sahip olup 6mm-20mm aralığında 1'er mm artan ölçülerde olmalıdır.
- 2.0mm Kilitli ve Kortikal Vidalar Yıldız başlı yapıya sahip olup 6mm-20mm aralığı 1'er mm artan , 20mm -30mm aralığı 2'şer mm artan ölçülerde olmalıdır.
- 2.4mm Kilitli ve Kortikal Vidalar Yıldız Başlı Yapıya Sahip olup 6mm-20mm aralığında 1'er mm artan,20mm - 30mm aralığı 2'şer mm artan ölçülerde olmalıdır.
- 2.7mm Kilitli ve Kortikal vidalar 10mm-20mm aralığı 1'er mm artan ölçülerde , 20mm-50mm aralığı 2'şer mm artan ölçülerde olmalıdır.
- Plagın Üzerinde Takibe Yardımcı olması açısından Lazer Tekniği İle Lot Numarası,Üretici Firma Amblemi , Yön Gösteren İbare Silinmeyecek Şekilde Yazılmış Olmalıdır.
- Vidalar Self Tapping Özelliğine Sahip Olmalıdır.
- Plak Ve Vidalar Elektrostatik Boya Tekniği İle Renklendirilmiş Olmalıdır.
- Plak Ve Vidaları Kullanabilmek İçin Uygun Çakma Çıkarma Setleri Eksiksiz Olmalıdır.
- Vida Kutuları Set İçerisinde Dökülmemesi İçin Tek Bir Parça Halinde Kapaklı Konteynir İçinde Olmalıdır.

Mini Plak Sut Kodu : TV1330
Kilitli Vida Sut Kodu : TV1150
Kortikal Vida Sut Kodu:TV1010

Dr. Özgür Üyücel Cerrahiz KA ZAR  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Teskil No : 11111111111111111111  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Karanfil Hastanesi  
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## BAŞSIZ KANÜLLÜ VİDA

- ❖ Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
- ❖ Vidalar ISO 5832/3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun Titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- ❖ Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.
- ❖ Vidalar 2,5 mm, 3,5 mm , 4 mm , 5 mm ve 6.5 mm çaplarda olmalıdır.
- ❖ Çap 2,5 mm vidalar, 8 ile 18 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- ❖ Çap 3,5 mm vidalar, 16 ile 40 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- ❖ Çap 4 mm vidalar, 16 ile 30 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- ❖ Çap 5 mm vidalar, 25 ile 80 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- ❖ Çap 6.5 mm vidalar, 35 ile 95 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde olmalıdır.
- ❖ Vidalar kanüllü olmalı ve klavuz tellerle kullanılmaya uygun olmalıdır.
- ❖ Vidalar, tüm çakma çıkarma parçaları ile tam set olarak sunulmalıdır.
- ❖ Vidaların UBB kayıtları mevcut olmalıdır.

❖ **4.0/ 4.3 MM HEADLESS COMPRESSION SCREW SUT KODU: TV2890**

**Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KAZDAĞ**  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 1977-1988  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Rize Keleş Haseki Hastanesi, Jinekoloji  
R. TE.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi