

T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186- 995  
Konu : Teklif Vermeye Davet

19.04.2022

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak 20.04.2022 Saat 08.00' a kadar hastanemiz Satın alma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

TEL : 0 464 213 04 91 (2134)

FAKS : 0 464 214 28 12

M@il : rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Engin YEŞİLBAŞ  
Müdür Yardımcısı

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	SUT KODU	BİRİMİ	MİKTARI	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	VENTRİKÜLOPERİTONEAL BURR-HOLE ŞANT	KN1054	ADET	1			
GENEL TOPLAM							

Fiyatlara KDV dâhil değildir.

1. Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
2. Kısmi teklife kapalıdır.
3. Teklifte UBB ve SUT kodlarını mutlaka belirtiniz.
4. Teklif etmiş oldukları malzemelerin her birine kurum bilgi bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası (barkod) ve UBB kodu fatura ile birlikte sunulacaktır.
5. Firma tanımlayıcı numarasını , bayi tanımlayıcı numarası ve GMDN kodu fatura ile birlikte sunulacaktır.
6. Ameliyat tarihinden sonra en geç 3 iş günü içerisinde fatura teslim edilecektir.
7. Malzemelerin farklı sızma numaraları varsa UBB kodlarını ayrı ayrı belirtiniz.
8. Hasta adı: FA\*\* KE\*\*\*\*
9. Ödeme günü süresi 7 aydır.
10. Teklife Birim Fiyat üzerinden çıkılacak olup, ameliyatta kullanılacak malzeme miktarına istinaden fatura edilecektir.

..../.../2022

Firma Kaşe ve İmza

**((VENTRİKÜLOPERİTONEAL BURR-HOLE SANTI))**

- ❖ Ürünler etilenoksit ile steril edilmiş ve çift kat paketlenmiş olmalıdır.
- ❖ Düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı basınç seviyesinde tercih edilebilmelidir.
- ❖ Şant setinin muhteviyatında birer adet; 120 cm'lik baryum çizgili açık uçlu peritoneal kateter, 18 cm.lik baryum emdirilmiş işaretli ventriküler kateter ve stylet, 16 mm burr hole valf bulunmalıdır.
- ❖ Valf burr hole kısmı 16 mm çapında olmalı, alt burr hole yüksekliği 3,8 mm ve profil yüksekliği en fazla 5 mm olmalıdır. Valfin toplam çapı en fazla 22 mm olmalıdır.
- ❖ Valfler metal kullanılmayan diyafram valf teknolojisi ile silikon membran tabanlı üretilmiş olmalıdır.
- ❖ Valfler burr hole, kafa şekline uyumlu olmalıdır.
- ❖ Valf üzerinde tantalum basınç göstergesi olmalıdır.
- ❖ Valflerin enjeksiyona müsaade eden rezervuarları bulunmalıdır.
- ❖ Valflerde, düz bir akış hattı sağlamak amacıyla, yatay olarak monte edilmiş, T-valf mekanizması bulunmalıdır.
- ❖ Valfin üzerinde, iğnenin hatalı yerleştirilmesi riskini azaltma amacıyla, sert plastik kaplama ve polipropilen iğne koruması bulunmalıdır.
- ❖ Şantlar, MRI veya CT görüntüsüne engel olmayacak materyallerden üretilmiş olmalı ve kesinlikle metal parça içermemelidir.
- ❖ Valf üzerinde radyopak basınç ve akış yönü göstergesi olmalıdır.
- ❖ Valf, ventriküler kateter ve peritoneal kateter aynı çift steril paket içerisinde ancak birleştirilmemiş olmalıdır.
- ❖ Ventriküler ve peritoneal kateterler silikondan yapılmış olmalıdır.
- ❖ Peritoneal kateter iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5 mm olmalı, kateter valf ile birleşik olmalıdır.
- ❖ Ventriküler kateter iç çapı 1,3 mm, dış çapı 2,5 mm olmalı, mermi uçlu olmalı ve ucundan itibaren 17 mm mesafeye kadar dört yönlü çoklu delik sistemi olmalıdır.
- ❖ Ventriküler kateter aynı steril pakette valf ile birleştirilmemiş olmalıdır.

SUT:KN1054

Doç. Dr. Ali Rıza KOCAT  
Üniversite Dışı Uzmanı  
Dip. Tes. No: 46974-02990  
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi