



Sağlık Bakanlığı

T.C  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1253  
Konu : Teklif Vermeye Davet

24.05.2022

İlgili Firma; .....

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **24.05.2022 SALI saat 14:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Engin YEŞİLBAS  
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	VAKUM YARDIMLI KAPAMA SETİ BÜYÜK BOY		OR2170	5	ADET		
2	VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ		OR2200	5	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022  
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA **24.05.2022 SALI SAAT 13:00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜS YAPILACAKTIR.**
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

**HASTA ADLARI:**

1-GÜ\*\*\*\*KU\*\*\*\*

# VAKUM YARDIMLI İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN YARA KAPAMA SETİ

## BÜYÜK BOY

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı marka olmalıdır
- 2.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, amaca uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş olmalıdır.
- 3) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip olmalıdır.
- 4.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri , uygulandığı yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda olmalıdır ,
- 5.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama süngerinin deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır.
- 6.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek özellikte olmalıdır
- 7.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilen özelliklerde olmalıdır.
- 8.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf olmalı, hasta cildine iyi yapışmalı , dayanıklı olmalı ve alerjik yanıtı yol açacak materyal içermemelidir.
- 10.) Vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape tek kullanımlık, steril ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdır
- 11.) Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı sağlayacak düzenek, vakum yardımcı instilasyon / tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı kaldırmadan, hastayı belirli bir süre vakum yardımcı yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve klipsleri/klemleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği takdirde hastanın tedavisine ara verilebilmelidir.

Op. Dr. Sadıkkhan KARA  
Ortopedi ve Trav. Uzmanı  
R. T. E. U. Eğilim Araştırma Merkezi  
Dip. Teşhis No: 105249

12.) Vakum yardımcı instilasyon a tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması halinde bunu Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesine ileterek uyarı vermesine olanak tanıyacak alarm sistemi bulunmalıdır

13.) Vakum yardımcı instilasyon tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

14.) Vakum yardımcı instilasyon tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesinin sürekli ve/veya fasıllı ve/veya instilasyon/yıkama şeklinde çalışmasına uygun olmalıdır.

15.) Vakum yardımcı instilasyon tedavisine uygun büyük boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi, solüsyonunu ayarlanan miktarda, istenilen periyotlarda yara yatağına iletebilmelidir. Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi, yara yatağına iletilen solüsyonla beraber negatif basıncı durdurmalı, solüsyonun yaraya iletimi instilasyon gereği sağlanmalıdır. Sistem instilasyon tedavisi sağladıktan sonra ayarlanan hedef negatif basınç değerine tekrar otomatik olarak geri dönerek, döngüsel biçimde tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.

16.) Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası Kodu bulunmalıdır.

17.) Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalıdır.

Op.Dr. Sadullah KARA  
Ortopedi ve Trav. Uzmanı  
R. T. E. Ü. Eğt. Arş. Hastanesi  
Dip. Tescil No: 105249

## VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Vakum yardımcı toplama seti ile Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi birbirine uygun üretilmiş, aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliği sağlanabilmelidir.
- 2) Vakum yardımcı toplama setinin Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesine bağlantı yerinde, toplamakabından Vakum Yardımlı Yara Ünitesi tarafına dışarı koku, bakteri ve sıvı geçişini engelleyen filtreleri bulunmalıdır.
- 3) Vakum yardımcı toplama kabı hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı açısından kesilmez, delinmez, kırılmaz güvenlikte olmalıdır.
- 4) Vakum yardımcı toplama seti içerisinde bulunan toplamakabı hiçbir şekilde açılmamalı, tamamen tek kullanımlık olmalıdır.
- 5) Vakum yardımcı toplama kabı, içinde toplanan sıvıyı jelleştirip hareket etmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
- 6) Vakum yardımcı toplama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu olmalı ve kolaylıkla takılabilmelidir. Yaraya uygulanan negative basınçta değişiklik olması halinde Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi tarafından algılanıp uyarı verilmesine olanak tanınmalıdır.
- 7) Vakum yardımcı toplama seti, Vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesinin sürekli ve /veya fasıllı çalışmasına uygun olmalıdır.
- 8) Vakum yardımcı toplama seti steril olmalıdır.
- 9) Vakum yardımcı toplama seti tek kullanımlık olmalıdır.
- 10) Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.
- 11) Serin ve kuruyerde muhafaza edilmelidir.

Op.Dr. Sadullah KARA  
Ortopedi ve Trav. Uzmanı  
R.T.E. UZLAŞ Hastanesi  
Dip. Tescil No: 103249