

T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 1627  
Konu : Teklif Vermeye Davet

15/06/2022

İlgi Firma; .....

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağınız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi 16.06.2022 tarih ve saat 10.00'a kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Volkan DEMİREL  
Müdür Yardımcısı

S.N	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	CLİPPER UÇ	ADET	1500			
GENEL TOPLAM						

- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Teknik Şartname Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.
- Ödeme gün süresi 7 Aydır.
- Kısmi Teklife Açıktır.

- 1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022  
Firma Kaşe ve İmza

## CLIPPER UÇ

1. Vücutun her alanındaki kılları traş edebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır, 0,05 mikrona kadar temizleme yapabilmelidir.
2. İstenildiğinde baştaki kılları ve ıslak kılları kesebilme özelliği olmalıdır.
3. Kesici uçların kolayca yerleştirilebileceği clipper cihazı olmalı ve yerleştirildiği kısım oynar başlıklı olmalıdır,
4. Kesici uçlar 3,8 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kesici uçların yerleştirileceği cihaz elle tutulması kolay olmalı ve kaymamalıdır.
6. Kesici uçlar cilt bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek tasarımda olmalı Bu sebeple 2 adet bıçağı barındıran kesici uçlardan; cilde temas eden bıçak sabit yapıda olmalı, cilde temas etmeyen ve hareket ederek kılları kesme işlevini gören bıçak ise sabit bıçağın üzerinde yer almalıdır veya 2 bıçağı sabit olmayan ve hareket eden ürünler için ürün tasarımı kesinlikle cilt bütünlüğünü bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve firma bunu taahhüt etmelidir.
7. Her **75A** adet klipper uç karşılığında, uçla aynı marka cihaz, kullanım amaçlı sağlık kuruluşuna verilmeli ve cihazın özellikleri:
8. Tıraş cihazının ilk şarj süresi 17 saati geçmemelidir ve cihaz şarj edilirken veya pil seviyesi düşük olduğunda cihaz gövdesindeki uyarı veren ışıklandırma sistemi olmalıdır.
9. Cihazın şarj edilmesi için kablolu şarj yuvası olmalıdır.
10. Cerrahi tıraş cihazı musluk suyu altında temizlenebilir veya yüksek düzey bir dezenfektan solüsyonu için batırılabilir olmalıdır
11. Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve Cerrahi tıraş cihazının bataryası aşırı şarj edilmeyi önleyen ve hafıza etkisi olmayan Lityum batarya veya Nikel batarya özelliğine sahip olmalıdır.
12. Cerrahi tıraş bıçağı suda ve solüsyonda dezenfekte edildiği için Suya dayanıklılık testine ( IPX7 belgesine ) sahip olmalı ve bu özelliği kutu üzerinde belirtilmelidir.
13. Cihaz şarj edildikten sonra en az 60 dakika çalışabilmelidir.
14. Uçlar, tekli paketler halinde olmalıdır

Ecz. Büşra ÇİVELEK  
Dip. Tes. No: 42133  
Sağlık Bakanlığı  
Eğitim Araştırma Hastanesi