



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 1493
Konu : Teklif Vermeye Davet

17.06.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEĐİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **20.06.2022 PAZARTESİ** saat **08:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU CEMENT GENTA		AP3180	1	ADET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 20.06.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08 :00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HASTA ADLARI:

1-EN***AK***

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PMMA yapısında olmalıdır.
2. Antibiyotik olarak gentamisin içermelidir.
3. Toz şekli 40 gramlık ambalajlarda, Sıvı ürün ise 20 ml ampullerde olmalıdır.
4. Elle kullanıma uygun olmalıdır.
5. Her paket toz ve sıvı olarak ayrı ayrı bileşim içermelidir.
6. Toz bileşim steril pakette, sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır.
7. Toz paketi içeriği: 34.54 gr polymethyl methacrylate, 0.96 gr benzoyl peroxide, 4.00 gr barium sülfat Ph.Eur. , 0.50 gr gentamicin base (sülfat olarak) Sıvı ampul içeriğinde ise:19.76 ml methyl methacrylate, 0.24 ml N,N dimethyl-p-toluidine, 18-20 ppm hydroquinone olmalıdır.
8. İki güvenlik paketi de steril olmalıdır.
9. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
10. Donma süresi 8-10 dakika olmalıdır.
11. Ürünün CE belgesi olmalıdır.
12. Ürün orta akışkanlıkta olmalıdır.

Doc. Dr. Mehmet Sait BALIK
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Dp. T. S. No: 6836-3/2005
Jelini ve Akışkanlık Testleri