



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 1549
Konu : Teklif Vermeye Davet

22.06.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEĐİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **23.06.2022 PERŞEMBE saat 08:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	KOMPRESYON HERBERT VİDASI		TV2890	2	ADET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 22.06.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 08 :00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HASTA ADLARI:

1-ES***FIN***

HERBERT KONİK, KANÜLLÜ, TAMAMI YİVLİ FULL YİVLİ VE ORTASI YİVLİ TİTANİUM KOMPRESYON HERBERT VİDASI

1. Cancellous uygulamalarda stabilizasyon sağlamaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır. Scaphoid (Acute ve Nonunion) fractures, PIP-DIP Fusions, Carpal-Metacarpal Fusions, Radial-Ulnar Head fractures, Distal Radius fractures, Patella fractures, Osteochondritis Dissecans, Condylar-Intracondylar fractures, Navicular fractures, Metatarsal fractures, Jones (5th metatarsal) fractures, Malleolar fractures, Calcaneus fractures gibi endikasyonlara uygun olmalıdır.
2. Vidalar kanüllü, tam yivli başsız olmalıdır.
3. Yüksek kompresyon yapabilmesi için, vidaların dış boyları vida tepesine doğru azalan bir yapıda olmalıdır.
4. Kemik içerisinde dışa sıyrılmaya karşı maksimum direnç sağlamak için uca doğru daralan konik (tapered) yapıda olmalıdır.
5. Bütün vidalar self-drilling ve self-tapping uç özelliğinde olmalı ve vida yüzeyleri çok iyi parlatılmış olmalıdır.
6. Ameliyat sırasında çapa göre vida seçiminde kolaylık sağlaması ve **hata yapmayı** önlemesi için **Vidaların RENK KODU ile ayrılmış olması sağlanmalıdır.**
7. Ameliyat sırasında kolaylık sağlaması ve **hata yapmayı** önlemesi için **SET İÇİNDEKİ EL ALETLERİN VE K-TELLERİN RENK KODU ile ayrılmış olmalıdır.**
8. Ürünlerin tamamı ve k-telleri Titanyum (Ti6Al4V ELI) 'dan imal edilmiş olmalıdır.
9. Vidalar aşağıda yazan boyları olmalıdır.

Micro Vidalar (2.5mm Distal Çap)

08mm--30mm Micro Fixation Screw Boyları arasında olmalıdır.

Mini Vidalar (3.5mm Distal Çap)

16mm--42mm Mini Fixation Screw Boyları arasında olmalıdır.

Standart Vidalar (4.0mm Distal Çap)

16mm—60mm Standart Fixation Screw Boyları arasında olmalıdır.

Standart Vidalar (5.0mm Distal Çap)

20mm—100mm Standart Fixation Screw Boyları arasında olmalıdır.

SUT KODU : **TV2890**

Dr. Öğr. Üyesi **Rifat SAHİN**
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diy. Tesisli No 150724
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kamu Hastaneleri Birliği
RTE Ü Eğitim ve Araştırma Hastanesi