



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 1965
Konu : Teklif Vermeye Davet

18.08.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **19.08.2022 CUMA saat 08:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	KARBON FİKSATÖR SETİ		TV3113	1	SET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 19.08.2022 CUMA GÜNÜ SAAT 08 :00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- ALIMA BİRİM FİYATLAR ÜZERİNDEN ÇIKILMIŞTIR. AMELİYAT ESNASINDA KULLANILACAK MALZEME MİKTARINA İSTİNADEN FATURA EDİLECEKTİR.

HASTA ADLARI

1- EMR***CA**PEH***

REKONSTRÜKSİYON TİPİ EKSTERNAL FİKSATÖR

1. Fiksator her türlü deformite düzeltme ve uzatma operasyonlarında kullanılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sistem tamamen modüler olmalı, ilave modüller sayesinde farklı tedaviler için farklı tipte sistem dizaynı yapılandırılabilir.
3. Fiksatorün ray bölümü hafif ve radiolucent bir materyalden yapılmış olmalı, muhtelif uzunluk alternatifleri sunulmalıdır. İlaveten alternatif olarak alüminyum alternatifte sunulmalıdır. Farklı uygulamalarda kullanabilmek için 150 ile 420mm arasında ray seçenekleri olmalıdır.
4. Sisteme dinamizasyon özelliği katmak için dinamizasyon modülü alternatifleri olmalıdır.
5. Klempler fiksator üzerinde birbirinden bağımsız olarak manüplasyona (kompresyon, distraksiyon, açılanma, translasyon) izin vermeli ve her bir klemp üzerine 4 den fazla pin yerleştirilebilir.
6. Lateral planda 20mm'e kadar translasyon yapan klempleri olmalıdır.
7. Frontal planda 50 dereceye kadar rotasyon yapan klempler olmalıdır.
8. Sagittal planda 60 dereceye kadar açılanmaya izin veren klemp olmalıdır.
9. Fiksatorün, standart travma ürünleri ile de tam uyumu olmalı ve ihtiyaç olduğunda hibrit kullanım sağlanmalı, ihtiyaç halinde ayak bileği klemp, T Klemp, hibrid ve deformite ringleri ile kullanımı sağlamalıdır.
10. Fiksator seti aşağıdaki parçaları içermelidir.
11. 150-250-350-420mm Karbon ve Alüminyum Ray
12. Dinamizasyon Komponenti
13. Rotasyonel T-Klemp
14. Rail-Ring Bağlantı Adaptörü
15. Gradual Swivel Klemp
16. Translasyon Klemp
17. Düz / Bifocal Uzatma Klemp
18. 5-10-15-20 Derece Shim Clamp
19. Uniplaner Açılı Klemp
20. Pin tutucu klemplerde pin yuvaları üçgen yapılı olmalı ve bu sayede üç noktadan baskı uygulayabilmelidir.

KARBON FİKSATOR SUT KODU TV3113

Op.Dr.Sadullah KARAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
R.T.E.O. Eğitim Hastanesi
Dip. Tercih No: 105249