

**T.C.**  
**RİZE VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi**  
**Eğitim ve Araştırma Hastanesi**

Sayı : 18824186/Sat./ 1396  
Konu : Teklif Vermeye Davet

22/08/2022

İlgi Firma; .....

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağımız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi **23.08.2022 tarih ve saat 13.00'a** kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

**Volkan DEMİREL**  
**Müdür Yardımcısı**

S.N o	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	KİMYASALLARA DAYANIKLI ELDIVEN	ADET	1500			
<b>GENEL TOPLAM</b>						

- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Teknik Şartname Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.
- Ödeme gün süresi 7 Ayrır.
- Kısmi Teklife Açıktır.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022  
Firma Kaşe ve İmza

## STERİLİZASYON BÖLÜMÜ YIKAMA ÜNİTESİ ELĐİVENİ

1. Eldiven, sterilizasyon bölümü yıkama ünitesi uygulamalarında kullanılan dezenfektanlara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli bariyeri sağlamalıdır.
2. Eldiven, kimyasal dayanıklılığı yüksek olması sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.
3. Üretici firma, eldivenin yoğunlukla kullanılan gluteraldehit, orthofitalaldehit ve hidrojen peroksit ile perasetik asit kombinasyonu gibi dezenfektan kimyasallarına karşı test ettirilmiş olmalı ve direnç testleri teklifle birlikte sunulmalıdır.
4. Eldiven, bilek kısmını tam sarması ve koruma oluşturması için min. 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
5. Eldiven, CE, EN 455-1,2,3 ve EN 420 standartlarına göre üretilmiş olmalı ve Category III (PPE, Personal Protection Equipment) sınıfı olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Eldiven EN 374-1,2,3 ve ISO 9001 standartlarına sahip olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Eldivenin parmak ucu kalınlığı, manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle maksimum 0.14 mm olmalıdır.
8. Eldiven non-steril olmalıdır.
9. Eldiven, pudra içermemelidir.
10. Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 olmalıdır.
12. Eldivenin kopma kuvveti, yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum 10N olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
13. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama, yaşlandırmadan önce %587 ve yaşlandırmadan sonra minimum %558 olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
14. Eldivenin raf ömrü min. 5 yıl olmalıdır.
15. Eldivenin ambalajı üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

**Canan ÖZÜTÜRKER**  
Sterilizasyon Sorumlu  
Hemşire