

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 2302
Konu : Teklif Vermeye Davet

22.09.2022

İlgi Firma;.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **23.09.2022 CUMA günü saat 10:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2158)

FAX: 0464 214 28 12

MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	GUIDİNG KATETER 6F AL1-AL2 7F AL1-AL2	100	ADET		
GENEL TOPLAM					

1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Zamanında gelmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
4. Teknik şartname ektedir. (1 sayfa)
5. Ödeme gün süresi 7 aydır.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

1.GUIDİNG KATATER .KR1142

1. TITUBB' da Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
2. , 7 F lik çap için en az 0.081 inch, 6 F lik çap için en az 0.070 inch iç çapa sahip olmalıdır.
3. Kateter her çapı iç boyu en az 100 cm olmalıdır.
4. Ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve atravmatik yapıda olmalıdır.
- 5.Uç yapısı travmayı minimuma indirmek için daha yumuşaktır.
- 6.Torque (çevirme gücü) en uca kadar itilebilmektedir.
7. Kateter 6F, 7F, çaplarında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.
8. Değişik uç şekillerine sahip olmalı (AL1, AL2, vb.)
9. Yan delikli (side hole) ve yan deliksiz seçenekleri olmalıdır.
10. Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kırılma rezistansı yükseltilmiş, itilebilirliği artırılmış olmalıdır.
- 11.Damar ağzına oturmasını sağlayan yumuşak primer segment ve destek stabilitesini sağlayan daha sert sekonder segmentten oluşmaktadır.
12. Kateter radiyopak olmalıdır.
13. Kateterin iç yüzeyi sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde belirtilmelidir.
14. Kateterin torku 1/1 olmalıdır.
15. Kıvrımlı damarlarda kolay itilebilir özellikte olmalı kink haline gelmemelidir.
16. Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile düzeltildikten sonra eski haline dönmelidir.
17. Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
18. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır
17. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
19. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
20. Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden üretilmiş ve paslanmaz çelik ağ ile örülmüş olmalıdır. Bu özelliği sayesinde uzun süreli kullanım esnasında bile kolayca deforme olmamalıdır.

Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 114877 / 7-997
Sağlık Bakanlığı R.T.T.U.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Hakan Duman
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 149280
Sağlık Bakanlığı R.T.T.U.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi