

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./
Konu : Teklif Vermeye Davet 2303

22.09.2022

İlgi Firma;.....

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **23.09.2022 CUMA günü saat 13:00'e kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

TEL: 0464 213 04 91 (2158)
FAX: 0464 214 28 12
MAİL: rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr


Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTAR	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	MİKTARA GÖRE TEKLİF EDİLEN FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	MİCRO 3 LOOP-SNARE SET	2	ADET		
GENEL TOPLAM					


1. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
2. Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum
3. Zamanında gelmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.
4. Teknik şartname ektedir. (1 sayfa)
5. Ödeme gün süresi 7 aydır.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

1. MIKRO 3 LOOP-SNARE SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diagnostikve girişimsel işlemlerde, dammar içinde kalan yabancı cisimleri çıkarmak, ve zor pozisyonlarda katete rveya guide wire ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak vb. İçin imal edilmiş olmalıdır.
2. Snare çapı kullanıcı isteğine göre 2-4mm ya da 4-8mm olarak seçilebilmelidir.
3. Snare 3 loop'lu velooplar birbirinin içerisinden geçecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Böylece normal den çok daha kısa sürede ve az uğraşı ile yabancı maddeyi yakalanabilir olmalıdır.
4. Kullanılacak snare çapına işlem sırasında karar verildiğinden, teklif veren firma işlem
5. Öncesinde kullanıcı tarafından belirlenecek olan olası ölçüye göre değişik ölçülerde
6. Snare ları işlemden önce temin etmek zorundadır.
7. Snare açıldığı zaman, frontal ve lateral yakalama özelliğine sahip olmalıdır.
8. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangi bir başka
9. Kateter içinde de kullanılabilenlidir.
10. Snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için marker bulunmalıdır.
11. Uzunluğu 175 cm'den kısa, çapı 3.2F'ten kalın olmamalıdır.
12. Set içerisinde, Snare, snare kateteri, introducer ve torque bulunmalıdır.
13. Malzeme, steril ve original ambalajında teslim edilmelidir.


Prof. Dr. Mustafa ÇETİN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 114877 - 77997
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü.
Etilim ve Araştırma Hastanesi


Doç. Dr. Hakan Duman
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 149280
Sağlık Bakanlığı R.T.E.Ü.
Etilim ve Araştırma Hastanesi