

T.C.  
RİZE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186- 2394  
Konu : Teklif Vermeye Davet

05.10.2022

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak 07/10/2022 tarih ve Saat 11:00 a kadar hastanemiz Satın alma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL  
Müdür Yardımcısı

TEL :0 464 213 04 91 (1617)  
FAKS :0 464 214 28 12  
M@İL : [rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr](mailto:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr)

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİMİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
<b>MEDİKAL 200 MARKA PLUS A3 MODEL KARYOLA İÇİN;</b>					
1	KONTROL DEVRESİ (TL2153MA4)	ADET	7		
2	TUŞ TAKIMI (8 TUŞ SAĞ)	ADET	15		
3	TUŞ TAKIMI (8 TUŞ SOL)	ADET	15		
4	TUŞ TAKIMI BAĞLANTI KABLOSU	ADET	8		
5	TUŞ TAKIMI (11 TUŞ SAĞ)	ADET	15		
6	TUŞ TAKIMI (11 TUŞ SOL)	ADET	15		
7	FRENLİ TEKERLEK	ADET	10		
8	ÇARPMA TAMPONU	ADET	15		
9	KOL AMÖRTİSÖRÜ	ADET	10		
10	SIRT MOTORU	ADET	5		
11	BAŞ UCU MOTORU	ADET	5		
<b>TOPLAM FİYAT</b>					

-NAKLIYE YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

-TEKNİK ŞARTNAME ( İki Sayfa )

-ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

-TESLİMAT SÜRESİ (15 Gün ).

-ÖDEME GÜN SÜRESİ 4 AYDIR.

-KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.

# TEKNİK ŞARTNAME

## 1 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA KONTROL DEVRESİ(TL2153MA4)

- 1.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 1.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 1.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.

## 2 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TUŞ TAKIMI (8 TUŞ SAĞ)

- 2.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 2.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 2.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 2.4: Mebran panel tip olacaktır.
- 2.5: Tuşlar sağ uyumlu olacaktır.

## 3 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TUŞ TAKIMI (8 TUŞ SOL)

- 3.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 3.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 3.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 3.4: Mebran panel tip olacaktır.
- 3.5: Tuşlar sol uyumlu olacaktır.

## 4 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TUŞ TAKIMI BAĞLANTI KABLOSU

- 4.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 4.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 4.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 4.4: Teknik şartnamedeki 1 nolu malzeme ile uyumlu çalışacaktır.

## 5 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TUŞ TAKIMI (11 TUŞ SAĞ)


- 5.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 5.2: Malzeme orijinal ve orijinal ambalajında olacaktır.
- 5.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 5.4: Mebran panel tip olacaktır.
- 5.5: Tuşlar sağ uyumlu olacaktır.

## 6 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TUŞ TAKIMI (11 TUŞ SOL)

- 6.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 6.2: Malzeme orijinal ve orijinal ambalajında olacaktır.
- 6.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 6.4: Mebran panel tip olacaktır.
- 6.5: Tuşlar sol uyumlu olacaktır.

## 7 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA TEKERLEĞİ FRENLİ

- 7.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 7.2: Malzeme orijinal ve orijinal ambalajında olacaktır.
- 7.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 7.4: İsteyen firmalara numune verilecektir.
- 7.5: Tekerlek frenli olacaktır.

  
Emin ŞAHİN  
Elektrik - Elektronik Mühendisi  
Eğilim ve Arayışma Hastanesi  
Teknik Servis Birimi Sorumlusu

**8 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA ÇARPMA TAMPONU**

- 8.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 8.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 8.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 8.4: İsteyen firmalara numune verilecektir.
- 8.5: Serum askılığı yuvasının yanında ve hasta karyolasının 4 köşesine monte edilebilir olacaktır.

**9 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLASI KOL AMORTİSÖRÜ**

- 9.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 9.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 9.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 9.4: İsteyen firmalara numune verilecektir.

**10 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA SIRT MOTORU**

- 10.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 10.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 10.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 10.4: İsteyen firmalara numune verilecektir.
- 10.5: TSE, CE,TUV,ISO standartlarından en az birine sahip olmalıdır.

**11 NOLU MALZEME: MEDİKAL 2000 MARKA PLUS A3 MODEL HASTA KARYOLA SIRT MOTORU**

- 11.1: Medikal 2000 marka plus a3 model hasta karyolasına uygun olacaktır.
- 11.2: Malzeme orijinal ambalajında olacaktır.
- 11.3: Malzeme 1(Bir) yıl garantili olacaktır.
- 11.4: İsteyen firmalara numune verilecektir.
- 11.5: TSE, CE,TUV,ISO standartlarından en az birine sahip olmalıdır.

**ERHAB SAKIN**  
Elektrik - Elektronik Mühendisleri  
Sivil Havacılık Hastanesi  
Tıbbi Servis Birim Sorumlusu