



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 2423
Konu : Teklif Vermeye Davet

07.10.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **10.10.2022 PAZARTESİ saat 08:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	METAFİZYEL KOMPENENT		AP1130	1	ADET		
2	HUMERAL BAŞ		AP1040	1	ADET		
3	ÇİMENTOLU GLENOİD KOMPONENT		AP1010	1	ADET		
4	GLENOSFER KİLİTLEME VİDASI		AP1000	1	ADET		
5	UZATMA PARÇASI		AP1140	1	ADET		
6	ÇİMENTOLU HUMERAL STEM		AP1100	1	ADET		
7	ÇİMENTOSUZ +HA KAPLI HUMERAL STEM		AP1070	1	ADET		
8	MODÜLER STEM VİDASI		AP1120	1	ADET		
9	KAFES		AP3310	1	ADET		
10	GLENOİD KİLİTLEME VİDASI		AP3110	1	ADET		
11	ÇİMENTOSUZHA KAPLI GLENOİD		AP3070	1	ADET		
12	GLENOİD BAŞ		AP3080	1	ADET		
13	ÇİMENTOLU HUMERAL KOMPONENT		AP1060	1	ADET		
14	HUMERAL CUP		AP3060	1	ADET		
15	MODÜLER DİSTAL KİLİT VİDASI		AP1110	1	ADET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 10.10.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08:30' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HASTA ADLARI: FEV*AKI*****

Rize R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. No:16 RİZE
Telefon: (0 464) 213 04 91(1902) Faks: (0 464) 214 28 12 mail:rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

TOTAL ANATOMİK OMUZ PROTEZİ

1. Sistemin parsiyel, total ve ters omuz seçenekleri olmalıdır.
2. Parsiyel humeral başlar 39, 43, 46, 50 mm çaplarında olmalıdır.
3. Parsiyel başlar için sentrik ve eksantrik seçenekleri olmalıdır.
4. Total uygulamalar için çimentolu glenoid komponent UHMWPE'den imal edilmiş olmalı, 3 ve 4 pegli seçenekleri bulunmalıdır.
5. Humeral kaplar ideal biomekanik için 2 farklı boy (36 mm, 40 mm,) ve 3 farklı boyun uzunluğunda (3,mm 6,mm 9mm) olmalıdır, primer ve revizyon uygulamalarda +9 mm ayrı modüler uzatma bulunmalı ve böylece +18 mm'e kadar uzatma sağlanabilmelidir.
6. Reverse uygulama için glenoid komponent, titanyum ve/veya alaşımdan imal edilmiş olmalı ve kemikle etkileşen kısım HA kaplı olmalıdır. Primer ve revizyon uygulamalar için 6 mm ve 10 mm posterior uzatmaları bulunmalıdır.
7. Glenoid üzerinde 4 adet vida tespit deliği bulunmalıdır.
8. Kullanılan vidalar titanyum ve/veya alaşımdan imal edilmiş olmalıdır. Deliklerde kilitli ve kilitsiz seçeneği bulunmalıdır.
9. Glenosphere'ler CoCrMo den imal edilmiş ve vida ile kilitlenebilir olmalıdır. Sentrik ve eksantrik 2 ayrı seçenek olmalıdır. Humeral kaplar ile aynı boylarda, 2 değişik çap seçeneğine (36 mm, 40 mm) olmalıdır.
10. Tüm stemler üzerinde daha iyi fiksasyon sağlanabilmesine olanak sağlamak için yumuşak dokuların, tendonların tutturulmasına imkan sağlayan suture deliği bulunmalıdır.
11. Çimentolu ve çimentosuz humeralstem (TiAl₆V₄) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
12. Çimentolu humeralstem'in 4 farklı kalınlığı (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm) olmalıdır.
13. Çimentosuz humeralstem Ti+HA çift kaplamalı olmalı ve 4 farklı kalınlıkta (8-10-12-14 mm) olmalıdır.
14. Çimentosuz kısa humeralstem seçeneği de olmalı ve en az 3 boy seçenek sunmalıdır.
15. Çimentolu ve Çimentosuz sitemlerde humeral trokanter kemik boşluklarında greftleme yapabilmek için farklı boy ve çaplarda sisteme vidalanabilir modüler kafesler bulunmalıdır.
16. Çimentosuz stemlerde 2 adet distal kilitleme deliği bulunmalıdır ve kilitleme için ekstarnel guideleri bulunmalıdır.
17. Revizyon vakalarında kullanılmak üzere humeralstemlerin 200 mm uzunluğunda çimentolustemleri olmalıdır.
18. Hem orjinal protez hem de uygulama seti içerisinde yer alan tüm konteynır ve el aletleri üzerinde lazer ile yazılmış marka veya logo, referans numarası, lot numarası, ürünün boyu ve CE işareti yer almalıdır.
19. Sistemin operasyon tekniğini gösteren kitapçığı olmalıdır.
20. Ürünün yayınlanmış klinik yayınları olmalıdır.

Doç.Dr. Mehmet Sabit BALIK
Topeli ve Traumatoloji Uzm
Dip. Teş. No: 66338-82786
Edinir ve Arastirma Hastanesi

METAFİZİYAL KOMPENANT	AP1130
HUMERAL BAŞ	AP1040
ÇİMENTOLU GLENOİD KOMPENANT	AP1010
GLENOİD KİLİTLEME VİDASI	AP1000
UZATMA PARÇASI	AP1140
ÇİMENTOLU HUMERAL STEM	AP1100
ÇİMENTOSUZ HUMERAL KOMPENANT	AP1070
MODULER STEM VİDASI	AP1120
KAFES	AP3310
GLENOİD KİLİTLEME VİDASI	AP3110
ÇİMENTOSUZ HA KAPLI GLENOİD	AP3070
GLENOİD BAŞ	AP3080
ÇİMENTOLU HUMERAL KOMPENANT	AP1060
HUMERAL CUP	AP3060
ÇİMENTOSUZ HUMERAL STEM	AP1110

Doç. Dr. Mehmet Şahin Ballı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 66338-82786
Ezrin ve Araştırma Hastanesi