



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 2420
Konu : Teklif Vermeye Davet

07.10.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEĐİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **10.10.2022 PAZARTESİ saat 08:00'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	SİNDEZMOZ İMPLANTI		AE1140	1	ADET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 10.10.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08 :00' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HASTA ADLARI:

1- KAD****DEM***

ÇİFT DÜĞMELİ SINDESMOZ İMPLANTI

- ❖ Ayak bileği çevresi sindesmozbağ doku yaralanmalarının dinamik tamiri için kullanılmak üzere özel üretilmiş olmalıdır.
- ❖ İmplant, 2 adet titanyum düğme ve UPS # No:5 polietilen fibriller ile güçlendirilmiş sütürden oluşmalıdır.
- ❖ Titanyum düğmelerde en az iki delik olmalıdır.
- ❖ Sütür uzunluğu en az 90 cm olmalıdır.
- ❖ Tibiamedialine geçen düğme, oval şekilli olup 3.5 mm çapındaki tünelden geçebilecek yapıda olmalıdır.
- ❖ Oval düğme, 3.5 mm ve 2.7 mm vidalar için olan tüm plak deliklerinden geçebilecek yapıda olmalıdır.
- ❖ Oval düğmeyi tibiamedialine taşımak için en az 1 adet çekme ipi bulunmalıdır.
- ❖ Fibulalateralinde kalan düğme yuvarlak olmalı, plak üzerine veya direkt kemik üzerine oturabilecek özellikte ve inceltilmiş kalınlığı en fazla 1,2 mm olmalıdır.
- ❖ Sütür kendi üzerine kilitlenen özellikte hazır düğümlü olmalıdır.
- ❖ Çift kat steril ambalajda sunulmuş olmalıdır.

Sindezmoz İmplantı:AE1140

Dr. Öğr. Üyesi Cemal KAZDAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tesisatçılık (1987)
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kandı Hastaneleri Birliği
R.T.F.0 Eklenti ve Ateşli Rize Hastaları