



T.C
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanlığı

Sayı : 18824186/Sat./ 2369
Konu : Teklif Vermeye Davet

28.10.2022

İlgi Firma;

Hastanemiz ORTOPEDİ Biriminde Kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeler 4734 Sayılı K.İ.K'in 22/F Maddesi gereğince, Kurumumuzca satın alınacaktır.

İlgilediğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **31.10.2022 PAZARTESİ saat 08:30'a kadar** hastanemiz satınalma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

FAX:0464 214 28 12

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Ubb Kodu	Sut Kodu	Miktar	Birim	Birimi Fiyat	Toplam Tutar
1	KANÜLLÜ KANSELLÖZ VİDA 06.5		TV2950	1	ADET		
2	KANÜLLÜ KANSELLÖZ VİDA 04.0		TV2930	1	ADET		
3	KANÜLLÜ VİDA PULU		TV5740	1	ADET		
GENEL TOPLAM							

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

- UBB KODU VE SUT KODU MUTLAKA YAZILACAKTIR.
- TİTUBB ÇIKTILARI TEKLİF EKİNDE MUTLAKA OLACAKTIR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİFLERİNİZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
- BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 31.10.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08 :30' A KADAR 0464 214 28 12 NOLU FAKSA YADA rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr ADRESİNE VEYA ELDEN SATINALMA BİRİMİNE GERİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.
- TEKNİK ŞARTNAME EKTE TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.
- KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.
- SETLER TAM OLARAK GELECEK KULLANILMAYANLAR İADE EDİLECEKTİR.
- SETLER İLE ÜRÜN KATALOĞU GETİRİLECEK.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Mail adresimiz aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
- MALZEMELER İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

HASTA ADI: RE*** AL* AY*****

Sıra No	Malzeme Adı	Sut Kodu
1	KanüllüKansellöz Vida Ø6.5	TV2950
2	KanüllüKansellöz Vida Ø4.0	TV2930
3	Kanüllü Vida Pulu	TV5740

KANÜLLÜ VIDA TEKNİK ÖZELLİĞİÇAP 6.5MM 4.0MM

1. Kanüllü vidaların tüm botüm boyları, pulve cerrahi aletleri ile birlikte bir arada bulunduğu steril edilebilen bir set içerisinde olmalıdır.
2. Kanüllü vidalar ASTM F136 veya ISO 5832-3 standartlarında titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

6.5mm Kanüllü Vida Teknik Özellikleri

6,5mm kanüllüvidalar tap işlemi gerektirmemelidir. Titanyum vidaların yivli kısımları 16mm,32mm ve full 2 çeşit vida olmalıdır. yivli vidalar 40-120mm arası boylarda olmalıdır.

6,5mm kanüllüvidalar için vidanın yapısına uygun pul ve k-teli set içerisinde bulunmalıdır. pullar titanyum malzemeden olmalıdır. k-teli aynı zamanda ölçü almak için kullanılmalıdır.

4.0mm Kanüllü Vidaların Teknik Özellikleri

4.0mm kanüllü vidalar tap işlemi gerektirmemelidir. Vidalar kısa yivli olmalıdır. Vidalar 30mm ile 60mm arasında 2'şer mm artacak şekil de olmalıdır. 4.0mm kanüllüvidalar TITANYUM malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4.0kanüllüvidalar için vidanın yapısına uygun PUL ve K-teli set içerisinde bulunmalıdır. Pullar TITANYUM malzemeden olmalıdır. K-teli aynı zamanda ölçü almak içinde kullanılmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi KAZI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Y. Doç. Dr. M. T. Uzman
Rize, Çarşamba Hastanesi, Şifahi
R.T.E. Uzman ve Anestezi Hastanesi