

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 2510
Konu : Teklif Vermeye Davet

17/11/2022

İlgi Firma;

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağınız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi **21/11/2022 tarih ve saat 13.00'e** kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	ARTER VEN SETİ	TAKIM	1000		
GENEL TOPLAM					

- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- Teknik şartname 4 sayfa
- ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Ödeme gün süresi 7 aydır.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

...../...../2022
Firma Kaşe ve İmza

ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. ARTER SETİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.

1. Arter seti ucunda infüzyon hattı (priming spike ve hattı) bulunmalıdır. Bu hat yeterli uzunlukta ve klempli olmalıdır. Priming Spike ucu koruyucu kapaklı olmalıdır.
2. Priming Spike üzerinde hava alma deliği olmalı, bu delik kapaklı olmalıdır. Priming Spike ele kolay oturmalı, işlem esnasında kullanıcıya rahatlık sağlamalı, ele acı hissi vermemeli, kırılmamalıdır.
3. Arter Yastığı Büyük olmalı, Kan geçişi esnasında çöküntü olmamalıdır.
4. Priming Spike ve arter yastığı arasında Enjeksiyon portu bulunmalı, Enjeksiyon portu aparatı üzerinde klempli bir hat olmalıdır.
5. Arter hattında kullanılan klemler tek tırnaklı ve rahat bükülebilir olmalıdır.
6. Arter yastığı ile Pompa Segment hattı arasında Arter İzolatör hattı olmalı, İzolatörler sete takılı ve sabit olmamalıdır.
7. Pompa Segment Çapı 6,3X9,8 mm üniversal olmalıdır. Tüm cihazlara rahatça takılıp çıkarılabilmelidir.
8. Pompa hattı bitiminde Heparin hattı olmalıdır. Yeterli uzunlukta ve klempli olmalıdır.
9. Arter Drip Chamber cihaza rahat takılıp çıkartılabilmelidir. Tüm cihazlara rahatça takılıp çıkarılabilmelidir.
10. Setler tek kullanımlık olmalı, arter hattının uzunluğu uluslararası set standartlarına uygun olmalıdır.
11. Setin bağlantı kaynakları sağlam olmalıdır.
12. Cihaza ve diyalizöre bağlantı noktaları koruyucu kapaklı olmalıdır.
13. Arter hattı ayrı kağıt klemple "steril paketlerde" ven hattı ile birlikte tek ambalaj içerisinde olmalıdır.

B. VEN SETİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR

1. Diyalizör bağlantı noktası ile Ven Haznesi arasında enjeksiyon portu bulunmalıdır. Enjeksiyon portu mavi renkte olmalıdır.
2. Ven haznesi üzerinde, Ven İzolatör hattı bulunmalı, İzolatör hat üzerinde ve sabit olmamalıdır.
3. Ven drip-chamberde pıhtı tutucu süzgeç bulunmalıdır.
4. Ven setinde kullanılan klemler tek tırnak ve rahat bükülebilir olmalıdır.
5. Ven seti bitiş ucunda bir sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.
6. Setler tek kullanımlık olmalı, ven hattının uzunluğu uluslararası set standartlarına uygun olmalıdır.
7. Setin bağlantı kaynakları sağlam olmalıdır.
8. Cihaza ve diyalizöre bağlantı noktaları koruyucu kapaklı olmalıdır.
9. Ven Hattı ayrı kağıt klemple "steril paketlerde" Arter Hattı ile birlikte tek ambalaj içerisinde olmalıdır.
10. Ven hattı üzerinde Klempli Atık Torbası bulunmalıdır. Atık torbası bağlantı noktası koruyucu kapak olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

1. Diyaliz setleri üniversal ve torbalı olmalı, (arteriyel ve venöz) ve ünitemizde kullanılmakta olan cihazlara uyumlu olmalıdır.
2. Arter-ven setleri steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi buhar, ısı ve ya ışın yöntemlerinden biri ile yapılmış olmalıdır.
3. Total kan hacmi 150 ml. üzerinde olmamalıdır.
4. Set üzerindeki İzolatörler fiziki muayeneye tabi tutulacaktır. İzolatör cihaza zarar vermemelidir. İzolatörlerde herhangi bir sızıntı olması halinde setler ihale dışı bırakılacaktır.
5. Atık torbası set içerisinde olmalıdır.
6. Set uçları diyalizerlere uyumlu olmalıdır.
7. Sterilizasyon tarihleri ambalaj üzerine tahrif edilmemiş olarak bulunmalıdır.
8. Sterilizasyon miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. En az 3 adet set denemek için hastaneye verilmelidir. Denenmeyen setler ihale dışı bırakılacaktır.
10. Arter ven setlerinin Ulusal veya Uluslar arası standarda uygunluk belgesi olmalıdır
11. Şartnameye uygun olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Setlerin bir kısmı ünitemizin ihtiyacı doğrultusunda pediatrik olmalıdır.
13. Paketin üzerinde setin referans numarası, UBB barkod no, Lot, sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi, saklama koşulları, Drip Chamber ölçüsü, kan dolum hacmi, ile drip chamber çapı, Türkçe kullanım talimatı ve diğer uyarıcı işaretler yer almalıdır.