

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı : 18824186/Sat./ 2022
Konu : Teklif Vermeye Davet

23/11/2022

İlgi Firma:

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemelere ait hazırlayacağınız KDV hariç olmak üzere birim fiyat tekliflerinizi **24/11/2022 tarih ve saat 12.00'a** kadar aşağıdaki tele faks numarasına veya satın alma birimine verilmesini rica ederim.

Vedat TANIS
Müdür Yardımcısı

S.No	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	OXİVENT MARKA OXI 4 PLUS MODEL TRANSPORT VENTİLATÖR CİHAZLARI İÇİN; VENTİLASYON EKSPİRESYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK	ADET	-10-			
GENEL TOPLAM						

- Teklifinizde ödeme süresiyle ilgili herhangi bir ifade belirtmeyiniz.
- **ZAMANINDA GELMEYEN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.**
- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUB üzerinden barkod eşleştirmelerini yanlış, hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.
- Teknik Şartname Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

1-Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

2-Yukarıdaki fiyatlardan vermeyi taahhüt ediyorum.

OXİVENT MARKA OXI 4 PLUS
MODEL TRANSPORT
VENTİLATÖR CİHAZLARI
İÇİN; VENTİLASYON
EKSPİRESYON VALFİ ÇOK
KULLANIMLIK

...../...../2022

Firma Kaşe ve İmza



T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

VENTİLASYON ESKİRASYON VALFİ ÇOK KULLANIMLIK YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) OXİVENT Marka OXİ 4 PLUS Model VENTİLATÖR CİHAZINDA çalışmaya uygun olmalıdır.
- 2) Ürünler Sıfır Kullanılmamış Ürünler Orijinal olmalıdır ve yüklenici firma orijinalliğini belgelemelidir.
- 3) Ürüne numune değerlendirmesi yapılarak uygunluk verilecektir.
- 4) Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garantili kabul edilecektir.
- 5) Teklif veren firma Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kaydını teklifle birlikte sunmalıdır.
- 6) Ürün ambalajından açıldıktan sonra hastabaşı monitör cihazında çalışmaz durumda olursa firma ürünün yenisini, firmaya bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde temin etmek zorundadır.
- 7) Ubb kapsam dışı olmaması durumunda siparişten sonra yüklenici firma; ubb kodunu faturaya yazmak zorundadır ve faturadaki malzeme tanımı ihale esnasında kullanılan malzeme tanımıyla aynı olmalıdır.

Zelila Merve KAPLAN
Biyomedikal Mühendisi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Rize Kâmi Hastaneleri Birliği
R.T.E.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi