

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.11.2022

Sayı : 18824186-2578
Konu : Teklif Vermeye Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemize bağlı birimlerimizin ihtiyacına istinaden aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler satın alınacaktır.

İlgilendiğiniz takdirde birim fiyat teklif mektubunu doldurarak **25.11.2022 Saat 08.30' a kadar** hastanemiz Satın alma birimine elden veya fax ile verilmesini rica ederiz.

Volkan DEMİREL
Müdür Yardımcısı

TEL : 0 464 213 04 91 (2134)
FAKS : 0 464 214 28 12
M@il : rizedhs6.ihale@saglik.gov.tr

Sıra No	MALZEMENİN CİNSİ	SUT KODU	BİRİMİ	MİKTARI	UBB NO	BİRİM FİYATI (KDV HARİÇ)	FİYAT TOPLAMI (KDV HARİÇ)
1	MİNİ PLAK TİP 2	TV2470	ADET	1			
2	MİNİ PLAK TİP 1	TV1330	ADET	1			
3	2.0 mm KİLİTLİ ARTI BAŞ VIDALARI BOYLARI 6-18 mm	TV1150	ADET	1			
4	2.0mm KİLİTLİ ALTİGEN VIDALARIN BOYLARI 6 mm-30 mm	TV1150	ADET	1			
5	2.0 mm KORTİKAL VIDALARIN BOYLARI 6 MM-30mm	TV1010	ADET	1			
6	KİLİTLİ SPACER	TV1230	ADET	1			
GENEL TOPLAM							

- Fiyatlara KDV dâhil değildir.
1. Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
 2. Kısmi teklife kapalıdır.
 3. Teklifte UBB ve SUT kodlarını mutlaka belirtiniz.
 4. Teklif etmiş oldukları malzemelerin her birine kurum bilgi bankası tarafından onaylanmış bulunan ürün numarası (barkod) ve UBB kodu fatura ile birlikte sunulacaktır.
 5. Firma tanımlayıcı numarasını , bayi tanımlayıcı numarası ve GMDN kodu fatura ile birlikte sunulacaktır.
 6. Ameliyat tarihinden sonra en geç 3 iş günü içerisinde fatura teslim edilecektir.
 7. Malzemelerin farklı size numaraları varsa UBB kodlarını ayrı ayrı belirtiniz.
 8. Hasta adı: ÖM** KÖ**
 9. Ödeme günü süresi 7 aydır.
 10. Teklife Birim Fiyat üzerinden çıkılacak olup, ameliyatta kullanılacak malzeme miktarına istinaden fatura edilecektir.

....../....../2022
Firma Kaşe ve İmza

Kilitli Mini Plak Teknik Özellikleri

- Plakların cerrahi operasyon esnasında isteğe bağlı olarak kilitli ve kilitsiz vidalar gönderilmelidir.
- Mini plakların uygulanmasında kullanılan artı baş kilitli vidalar 6mm-18mm her boydan 12 şer adet ve altıgen kilitli-kilitsiz 6mm-30mm her boydan 3'er adet 2 tip vida seçeneği olmalıdır.
- Mini Plaklar - Oblik T plak - Oblik L plak - L plak-Curvet plak-T plak-Y plak- X plak - Multifragman plak - Kondil plak - Adaptasyon plak 2-16 delik - Düz plak 4-10 delik olacak şekilde set içerisinde 2 şer adet yer almalıdır. Düz plaklar hem aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine delik hemderekonstrüksiyon plak modelinde olmalıdır. İstenildiğinde farklı delik ölçülerinde de Mini plaklar sunulmalıdır.
- ASTM F-136/ISO 5832-3 standardına uygun Titanyum Gr 5(Ti₆Al₄V) materyalinden üretilmiş olmalıdır.
- Setin içerisinde plaklarda kullanılan spacer ve emg vidaları da bulunmalıdır.

MINİ PLAK TİP-2

MINİ PLAK TİP-1

2,0mm kilitli artı baş vidaların boyları 6-18mm olmalıdır.

2,0mm kilitli altıgen vidaların boyları 6mm-30mm olmalıdır.

2,0mm kortikal vidaların boyları 6mm-30mm olmalıdır.

Kilitli spacer

SUT KODU : TV2470

SUT KODU : TV1330

SUT KODU : TV1150

SUT KODU : TV1150

SUT KODU : TV1010

SUT KODU : TV1230

Bütün Malzemeler steril paketlerde orijinal ambalajında olup hiç kullanılmamış ve yeni olacaktır.
Malzemelerin tek tek ambalajlanmış olan paketlerinin üzerinde

- İmalatçı firma adı ve amblemi,
- İmalatçı Ülke adı ve Üretildiği yer,
- Malzemenin Markası, Lot numarası, Barkodu ve Ürün tanımı
- Malzemenin üretildiği hammaddenin adı,
- Uluslar arası CE standart amblemi ve numarası
- Üretim Tarihi ve Son kullanım tarihi olmalıdır

Üretici firma ISO 9001/9002, ISO 13485 ve CE sertifikalarına sahip olmalı ve ihalede bu standart belgelerinin ibraz edilmelidir. Belgeleri ibraz edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Tüm ürünler TITUBB kayıtlı ve hem Sağlık Bakanlığı hem de SGK onaylı olmalıdır.

Dr. Ahmed Öncel
167504